MESCOMP TECHNOLOGIES

MesMed

Ciśnieniomierz mechaniczny
MM-12 ARGOS (KT-A12)

UWAGA: PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!

CE 0123

I. Właściwości 2
II. UWAGA, przeczytaj zanim włączysz urządzenie! 2
III. Informacje ogólne dotyczące ciśnienia krwi 3
Czym jest ciśnienie krwi? 3
Dlaczego warto mierzyć ciśnienie krwi? 3
Jak należy mierzyć ciśnienie krwi w domu? 3
Standardy ciśnienia krwi 3
Wahania ciśnienia krwi 4
IV. Zakładanie mankietu 4
V. Uwagi dotyczące pomiarów 5
VI. Pomiar 5
VII. Rozwiązywanie prostych problemów 6
Powietrza nie jest pompowane do mankietu 6
Nieodpowiednie wartości pomiaru 6
VIII. Dziennik pomiarów 7

I. Właściwości:

- Skala o zakresie 0-300 mmHg.
- Podziałka co 2 mmHg, wykaz wskazań co 10 mmHg dla łatwiejszego odczytu
- Wbudowany stetoskop do pomiarów
- Gruszka wykonana z PVC o ulepszonym, precyzyjnym nawrocie
- Nylonowy sęczur

UWAGA: Producent MESCOMP TECHNOLOGIES zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w sprzęcie i oprogramowaniu wynikające z postępu technicznego.

II. UWAGA, przeczytaj zanim włączysz urządzenie!

- Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem.
- Ciśnieniomierz jest przeznaczony dla użytku domowego i instytucjonalnego, **nie stanowi zastępstwa wizyty w lekarza.** Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ciśnienia krwi należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody. Urządzenie należy stawiać z dala od źródeł ciepła np. kaloryferów, kuchi cerpłytek, piecyków itp.
- Wszystkie ulotnienia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach zapylonych, zabrudzonych, wilgotnych.
- Ciśnieniomierz powinien być przechowywany w suchym miejscu oraz chroniony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Wybór odpowiedniego rodzaju mankietu jest istotny dla uzyskania poprawnych wyników. Rozmiar należy dopasować według obwodu ramienia (mankiet ogranicz cześci).
- Do czyszczenia używaj tylko wilgotnej szmatki (nie mokrej). Nie używaj płynnych, ani w stanowcie środków czyszczących. Nie pral, nie suszyć, nie prasować mankietu!

- Pewn przypadkami opisanymi w instrukcji – rozdział ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW – urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy się skontaktować z Mescomp Technologies Sp.k w celu uzyskania pomocy (lista punktów serwisowych dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies).
- Otwarcie lub próba modyfikacji zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje **utratę gwarancji.**

UWAGA:

- Ostrzeżenia na urządzeniu **nie obejmują** uszkodzeń wynikłych czy z nieprzestrzeni z przeznaczeniem użytkowaniem.

III. Informacje ogólne dotyczące ciśnienia krwi

Czym jest ciśnienie krwi?

Ciśnienie krwi jest to ciśnienie wdzierającej na ściany tętnic. Ciśnienie skurczowe to maksymalne ciśnienie krwi, które występuje w tętnicach, gdy serce kurczy się. Ciśnienie rozkurczowe jest to ciśnienie minimalne, kiedy serce rozkurcza się, i krew z niego powrót wypływa.

Kiedy ciśnienie krwi powinno być niższe. U podwyższenie wieczorne. Różnica w ciśnienia wynika również z pory roku, kiedy ciśnienie jest niższe, natomiast zimą może być wyższe.

Dlaczego warto mierzyć ciśnienie krwi?

Ciśnienie krwi u każdego człowieka podlega stałym zmianom i decyduje o tym sposób o wydolności organizmu. Wahania ciśnienia są spowodowane nerwowością, zmianami pór wartości ciśnienia krwi. Ciśnienie krwi jest ważnym wskaźnikiem, który informuje o stanie naszego zdrowia. Jest najbardziej dynamicznie zmieniającym się parametrem naszych fizjologii. Aby zdiagnozować to schorzenie, należy skonsultować się z lekarzem kardiologiem. Może zostać nie zdaje sobie sprawy, że cierpi na nadciśnienie. Dobrze/dzięki regularnym pomiarom ciśnienia krwi, możemy zapobiec w zaawansowanemu stadium tego schorzenia. Należy też, dzięki regularnym pomiarom ciśnienia krwi można skontrolować bieżąc się przed groźnymi chorobami serca i układu krążenia.

Jak należy mierzyć ciśnienie krwi w domu?

Ciśnienie krwi należy mierzyć w pozycji siedzącej, w spokojnej stanie twojego zdrowia, należy badać ciśnienie regularnie zarzut po przebudzeniu lub nie bezpośrednio po wysiłku fizycznym. Zmierzone wartości będą zapisane w pamięci urządzenia lub można zapisać jej w zdoli odkręcenie na kalce (wartości obok).

Standardy ciśnienia krwi.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustaliła standard ciśnienia krwi, określający normy ciśnienia. Są to jedynie ogólne wytyczne, przeważ ciśnienie krwi może się różnić w zależności od wieku, płci, rasy, stylu życia, wzrostu. Wpływ na to mają wiek, płci, rasy, aktywności fizycznej, stres czułe, diety itp.

Powyższa ilustracja obrazuje standard ciśnienia ósmiług WHO). Bardzo ważne jest aby regularnie kontrolować się za swoim lekarzem. Państwa lekarz pokaże jak jest prawidłowy zakres ciśnienia krwi.



Wahania ciśnienia krwi.

Ciśnienie krwi nie jest stałe, ulega ono zmianom. Podczas wysiłku fizycznego wartość powiązane może wzrastać, zmieniać podczas odpoczynku może się zmniejszyć. Ciśnienie krwi zależy w dużej mierze od stanu zdrowia, temperatury, emocjonalnej, stresu itp. Ciśnienie krwi zmienia się w ciągu dnia/doby, a także w ciągu dnia. Prawidłowy wynik pozostawienia pomiar ciśnienia w ciągu dnia/ y odstępem 5 minutowym.



Co to jest zryw/atak?

Zryw/atak to gwałtowne podwyższy na zmierzenie zyrwu. Są dwa podstawowe rodzaje zyrwu/przypadłościowe, czyli przyspieszenie podstawowego rytmu serca (powyżej 100 uderzeń na minutę) i migotanie/a czyli: nieregularnie rytmu (powyżej 80). Oba te stany mogą mieć charakter nagły lub napadowy. Aby wyleczyć i odpowiedzieć przeciwdziałać zyrwom należy skonsultować się z lekarzem.

IV. Zakładanie mankietu

Przed założeniem mankietu ciśnieniomierza należy zdjąć z ręki biżuterię oraz zegarek. Należy upewnić się, czy w mankiecie nie ma powietrza. Odwiń nylon krwi ubi. Zegarz rurce w łokciu. Sprawdź w którym miejscu na ramieniu tętnica jest najbardziej wyczuwalna. Następnie owinąć ramię mankietem, dolna połowa mankietu 2 cm od łokcia. Zabrać mankiet.

Dolna krawędź mankietu powinna znajdować się około 1,5 cm od łokcia. Ruchu mankietu powinna krótsi nad tętnicą (w zewnętrznej) strony ramienia. Powinna być oddalona szerokiem, nie uciskana przez rękę lub przedmioty.

Zacisnąć mankiet dokładnie tak, aby przylgnął do ramienia.

Ustawić się krzesło oraz ręce (lub) ramię, tak aby ręka była na tej samej wysokości, co serce.

Rozluźnij ręce, wyeliminuj zbędne ruchy palcami, a łokciem. Rozpocznij pomiar.

V. Uwagi dotyczące pomiarów:

- Nie należy mierzyć ciśnienia krwi bezpośrednio po zbytnie wysiłku. Warto jest, aby przed pomiarem ciśnienia krwi odpocząć przynajmniej 5 minut w stanie spokoju oraz zmierzyć ciśnienie na minimum 15 minut przerwy przed pomiarem.
- Wartość odzwierciedlenie powietrza nie może przekroczyć 300 mmHg.
- Czas pomiaru ciśnienia nie może przekraczać 2 minut.
- Między poszczególnymi nalezy zachować przerwę minimum 5 minut aby powstać się ciśnienie krwi powróciło do wartości odpowiadającej równowadze i spokojowi.
- Należy zwrócenie obchodzić się ze sprzętem tak, aby nie był narażony na upadek ani silne wibracje.
- Należy starannie zabezpieczyć manker.
- Podczas pomiarów nie należy odchylać się ani zaciskać wargami dłoni z ręki.
- Nie należy wykonywać pomiarów w pozycji leżącej.
- Sprzętu, zwłaszcza powierzchni części, nie wolno przechowywać w pobliżu przyczyni TV.
- Ciśnienie czyjki nie powinny znajdować się w pobliżu ostrych przedmiotów.
- Nie należy chły mocno zginać ani zbyt/cat mankietu z przewodu.
- Podczas pomiarów nie powinno się rozmawiać ani przeszeć.

VI. Pomiar

1. Upewnij się, że w mankiecie nie ma powietrza. Zabó mankiet na lewe tarcia.
2. Dolna krawędź mankietu musi znajdować się co najmniej 2 cm nad łokciem, na wysokości serca. Upewnij się, że dolna krawędź mankietowa z zamocowana powietrza bez na ręce dolna, aby mankiet była właściwy palec.

3. Strzałka na rękawie mankietu musi być zgodna z tętnicą promieniową.
4. Umieść stetoskop słuchawczany tylko z wybranych znaleziami pod mankietem na tętnicy promieniowej.
5. Zamknij zawór gruszki, upewnij się, że zawór **zwalniający** jest zamknięty (**przekręć zgodnie z** ruchem wskazówek zegara).
6. Nadmuchaj mankiet, obserwuje impulsów w stetoskopie. W momencie, gdy impulsy zniknęły przestań pompować. Zanotuj wynik.
7. Powoli wypuszczaj powietrze z mankietu, przekręcając zawór zwalniający przeciwnie do (zgodnie/wskazówek zegara, aby ciśnienie spadało 2-3 mmHg na sekundę.
8. Pierwszy słyszalny dźwięk odpowiada ciśnieniu skurczowemu (pierwsze).
9. Kontynuuj opuszczanie powietrza z mankietu w tym samym tempie. Gdy cisn w momencie, gdy dźwięk zniknie, zanotuj wynik. Ciśnienie rozkurczowe (drugie) to to, w momencie zniknięcia się w uchu. W momencie zachłystania zmierzyć z ręki powrotnie odczytaj wskazania manometru/ jest to ciśnienie rozkurczowe (dolna) krwi.

10. Powietrza zawór rozładowuje, aby wyjąć/ać całe powietrze z mankietu.

UWAGA: Jeśli z jakiegoś powodu wartość pomiaru ciśnienia (np. jest puszcze dla siebie), należy rozpocząć wyjąć powietrze z mankietu, otwierając zawór zwalniający do końca.

VII. Rozwiązywanie prostych problemów.

Powietrza nie jest pompowane do mankietu

Sprawdź czy mankiet nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy przewód łączący mankiet z sparzam jest właściwie połączony.

Nieodpowiednie wartości pomiaru

Sprawdź czy mankiet jest założony tak podwiązky elastant ciśnienia należy krążenie krwi. Podczas pomiaru wykonywanie ruchy, wysiągnij ręce pobudzenia lub wykonywanie gdyby/do odbiciu. Należy przed pomiarem należy przerwę wiązkoczynia i nie spodywać użytek.

Symbol CE oznacza, że niniejszy produkt został produkty odpowiedniej procedury oceny zgodności i spełnia zasadnie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, wydanej zdrowia, środowiska i konsumenta.

Masa netto: 490g

tymczasowy przedstawiciel na rynek Unii Europejskiej:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa), Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Wyprodukowano/wyc:
Wenzhou Kangju Medical Instrument Co.,Ltd
256 Nanquanwu Road Pingyang Town 325400 Wenzhou/Zhejiang PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Przywóz/Import:
Mescomp Technologies S.A., ul. Arteriowa/ulica 47, 90-007 Warszawa, Tel. +48 (42)aka 2616, Fax. +48 (22) 628 06 40 wew.28

Mechaniczny ciśnieniomierz medyczny model MM-12 (KT-A12) spełnia wymogi przepisów europejskich zawartych w dy.:

MDD 93/42/EEC, ISO 13485:2003, ISO 14791:2007, EN 980:2003, EN 863 : 1996, ISO 11135-1:2001, ISO 14155-2:2003, EN 60601-1:1996, EN 60601-1-2:2001, ISO 10993-5:1999, ISO 10993-10:2002.

Zgłoszenie naprawy	Zgłoszenie naprawy	Zgłoszenie naprawy
Data zgłoszenia:	Data zgłoszenia:	Data zgłoszenia:
Podpis zgłaszającego:	Podpis zgłaszającego:	Podpis zgłaszającego:
Uwagi serwisanta:	Uwagi serwisanta:	Uwagi serwisanta:

MESCOMP TECHNOLOGIES
Lódź, www.mescomp.pl
E-mail: mescomp@Polbox.com.pl

Biuro Serwisu
91-023 Wojczenice ul. Obrońców 11
tel. +48 (42) 616 06 40
czynne w godz. 8-15 II

KARTA GWARANCYJNA Nr.
dla ciśnieniomierza
MANUAL DYSPONENCJA

MESCOMP TECHNOLOGIES z siedzibą w Warszawie udziela nabywcy gwarancji na urządzenie
typu: ciśnieniomierz mechaniczny (Ciśnieniomierz obwodowy) na okres Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty sprzedaży detalicznej, nie dłużej jednak niż 30 miesięcy od daty
produkcji urządzenia (data produkcji znajduje się na etykiecie).
2. Warunkiem uznania gwarancji jest:
3. Wady sprzętu zgłoszone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty
dostarczenia wadliwego sprzętu do Oddziału Serwisu MESCOMP TECHNOLOGIES. Jak długi sprzęt/gwarancji przez
4. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń powstałych wskutek przeciążenia, nieprawidłowego użytkowania lub użytkowania sprzętu
b) uszkodzeniu wady wynikłe na skutek:
- nieodpowiedniej wady wynikłe na skutek:
- nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z instrukcją obsługi),
- samowolnych ingerencji osób nie będących pracownikami serwisu
- napraw przeróbek, lub zmian konstrukcyjnych
- wad mechanicznych
- działania siły wyższej (kradzież, zalanie itp.)
- b) wady powstałe wskutek naturalnego zużycia się elementów eksploatacyjnych.
5. Gwarancja nie ulega wydłużeniu, jeżeli w okresie gwarancyjnym sprzęt był naprawiany przez nieautoryzowane przedsiębiorstwo.
6. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres: Zakładu Serwisowego po uprzednim wysłaniu karty prawidłowo) i dowodu zakupu.
7. Koszty związane z przesyłką ponosi Kupujący.
8. Koszty wynikłe z nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy pokrywa użytkownik.
9. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych.
10. Wszelkie zmiany/uwagi dotyczące niniejszej karty wyłącznie.
11. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej karty gwarancyjnej będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
producenta/gwarancji jest wyłączona.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

data produkcji
(wydawcy MESCOMP TECHNOLOGIES)
pieczęć i podpis

data sprzedaży lub instalacji
pieczęć i podpis

Data	Godzina	Czynność zmierzył/a: Ciśnienie skurczowe	Ciśnienie rozkurczowe	Tętno/min.	Uwagi

Data	Godzina	Czynność zmierzył/a: Ciśnienie skurczowe	Ciśnienie rozkurczowe	Tętno/min.	Uwagi

Data	Godzina	Czynność zmierzył/a: Ciśnienie skurczowe	Ciśnienie rozkurczowe	Tętno/min.	Uwagi

Data	Godzina	Czynność zmierzył/a: Ciśnienie skurczowe	Ciśnienie rozkurczowe	Tętno/min.	Uwagi

Data	Godzina	Czynność zmierzył/a: Ciśnienie skurczowe	Ciśnienie rozkurczowe	Tętno/min.	Uwagi